ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	CAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Retiro: 8-08-24 | Auxiliar Mantenimiento: Javier Aguelo | No. Orden:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN- 2958 B | Fecha Inicio: 8-08-24 | Hora Inicio: 9:30 | Fecha Fin: 9-08-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FECHA	PASO	CLASE PASO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE ALARMA																		OBSERVACIONES
					Desconexión		Fija		Flujo a 0					CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					(SI-No)		(SI-No)		(L/MIN)					BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)		
1031	6.6	97.5	SI		SI		SI		ES		SI	SI	SI	SI	SI	SI		
	OK						4:00											L.O

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo

Regulador de Precion ESTALLADO

5. PUNTOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Regulador de Precion	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

PRUEBAS DE ALARMA																		OBSERVACIONES
					Desconexión		Fija		Flujo a 0					CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					(SI-No)		(SI-No)		(L/MIN)					BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)		
1035	6.6	95.9	SI		SI		SI		ES		SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: