

Fecha Remisión **20-08-24** Remisión # **JONRA AGUDELO** Auxiliar Mantenimiento No. Orden

Identificación del Equipo  
 Código Equipo **2017100000135** Fecha Inicio **20-08-24** Hora Inicio Labor **7:00** Fecha Fin **20-08-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPRTE	REPRTEO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE  
**LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (L0-E5)				BASE (SI-No)	MANEJA (SI-No)		
					(SI-No)	(SI-No)	(L0-E5)				(SI-No)	(SI-No)		
	<b>2251</b>	<b>6.495.9</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>ES</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>		
1. CICLADO	<b>OK</b>	Tiempo de la prueba	<b>4:00</b>	Generó Alarma	No	<b>X</b>	Si				Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	<b>X</b>	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	<b>X</b>	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	<b>OK</b>	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	<b>FUGA EN VALVULAS DE SICLOS</b>													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	<b>OK</b>	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	<b>OK</b>	Con Sobrecalentamiento	<b>OK</b>								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	<b>51</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<b>51</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>51</b>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<b>51</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	<b>51</b>
5	Otros:		
	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	<b>51</b>
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	<b>51</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>51</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	<b>51</b>
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	<b>51</b>
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (L0-E5)				BASE (SI-No)	MANEJA (SI-No)		
					(SI-No)	(SI-No)	(L0-E5)				(SI-No)	(SI-No)		
	<b>22515</b>	<b>6.495.9</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>ES</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	FIRMA MANTENIMIENTO	