

**Dejo de funcionar el oxígeno del señor José Ariel heredia Gómez 7.501.184 Armenia Quindio**

daniela cardona heredia <danielacardonaheredia@gmail.com>

Sáb 10/02/2024 6:02 PM

Para:Atención al Cliente Oxipro <atencionalcliente@oxigenoensucasa.com>

Buenas tardes es para informar que el oxígeno lleva presentando fallas se ha estado apagando solo y hoy ya se apagó y no ha querido funcionar, se prende funciona 10 minutos y empieza a sonar y alumbra rojo una campana que tiene ahí. El oxígeno es del paciente José Ariel heredia Gómez Cc. 7.501.184 se va a utilizar la pipa de respaldo porque él es una persona oxígeno dependiente y no puede estar sin oxígeno. Gracias por favor que nos puedan ayudar lo más pronto posible gracias