



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MAN-FR-003
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/12/2018
 Página 1 de 3

Fecha Remisión:
 Remisión #:
 Asistir Mantenimiento: **Jovice Aguado**
 No. Orden:
 Código Equipo: **7FSAB2019020075**
 Fecha Inicio:
 Hora Inicio Labor:
 Fecha Fin:
Equipo contaminado por posible fuga SI NO

FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-M)	Pila (S-S)	"Fuga a 0" (L-C)	REJILLAS (S-M)	FILTROS (S-M)	BASE (S-M)			
	1297	6.6	95	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba:
 2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO
 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas
 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo
 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **LIMPIEZA GENERAL**
 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES:
 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma o fuente	51
6	Otro:		51
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama supratras)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	51
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LS-ES)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión simple de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de piloto	Obtener manguera de salida de aire de compactor	51
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-M)	Pila (S-S)	"Fuga a 0" (L-C)	REJILLAS (S-M)	FILTROS (S-M)	BASE (S-M)			
1298	65	948	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO