



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 10/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-02-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIERA MAYUCIO No. Orden: []

Codigo Equipo: NN-3113 B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, GRUPO, MANEJADOR, DESCRIPCION, RESULTADO. Multiple rows for recording faults and their resolutions.

VALORES ADICIONALES (DATOS POR INGRESAR)

Table with columns: MANTENIMIENTO, HUBOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Fijo a 5"), REJILLAS, FLECTICOS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1289866946 S1 S1 ES S1 S1 S1 S1 S1 S1

1. CICLADO Tiempo de la prueba: [] Generó Alarma: No [] Si [] Cuel? []

2. NIVEL ULTRAVIOLET [] NO [] 3. ESTADO DE MANEJADOR: Buenos [] Malas [] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [] Malo []

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS DE SICLOS, FUGA EN MANGERA ATUBO REFRIGERACION, LIMPIEZA GENERAL

6. NIVEL DE LAS CONEXIONES [] 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [] Con Sobrecalentamiento []

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Escarifica 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc., with results marked as 'S1'.

8. Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Inventory or parts list table.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Prueba "Fijo a 5" (Cero Subjetivo)', 'Fuga Manera', etc., with results marked as 'S1'.

Table with columns: MANTENIMIENTO, HUBOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Fijo a 5"), REJILLAS, FLECTICOS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1289965952 S1 S1 ES S1 S1 S1 S1 S1 S1 FIRMA MANTENIMIENTO