



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAJ-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2010
Página 1 de 2

Fecha Remisión: **15-02-24** Remisión # _____
 Añade Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden _____

Código Equipo: **DM190815082** Fecha inicio _____ Hora inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	BURDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Flujo a 0		REJILLAS	FILTROS				SALES
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	448364	935	51	51	51	FS	51	51	51	51	51			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	Si			Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión por flujo de fuga	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de aire	Cierra manguera de salida de aire de compresor	51
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	BURDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Flujo a 0		REJILLAS	FILTROS				SALES
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	448571	936	51	51	51	FS	51	51	51	51	51			

FIRMA MANTENIMIENTO _____