OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Codigo: GAD-MAN-FR-009 Versión: 1 · Fecha Actualización: 17/10/2018 Pagina 1 de 2

Fecha Remisión	16-02-24	Remisión #		Nombre Mantenimiento	Jovica [illegible]	No. Orden	

Codigo Equipo	NN- 4300 13	Fecha inicio		Hora inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO			REPUESTO DAMNADO	
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO		PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
15036	6.5	95	4 SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Limpieza General

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4			SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros		
	Otros		

Descripción de diagnóstico identificado

CODIGO	Descripción		CANT

No.	Prueba / Simulación		Resultado
1	Flujo + O (Cierre Suplemento)		SI
2			SI
3			SI
4	Desconexión de flujo		SI
5			SI
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO		PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
15038	6	94	8 SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		