OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-004
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-02-24 | Remisión #: | Nombre Mantenimiento: Jovick Agudelo | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-36678 | Fecha inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO CENTRAL DESGASTE	1	Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
20002	65	94.8	SI	SI	SI ES SI SI	SI	SI	SI SI	SI	

1. CICLADO

2. RUIDO EXTRAÑO | SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN MANGERA A TUBO REFIJERACIÓN

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | Bueno | Con ... funcionamiento

No.	Prueba	Parámetro	Resultado
1	Estado PI...		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexion eléctrica		SI
4	Conexión ...		SI
5	Prueba de alarma		SI
	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO de AIRE INTERNO	1	Kit TANque oxigeno	
	SUWCH de ensendido	1		
	Kit-M TAMIZES	1		

No.	Prueba / Simulación	Criterio	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		SI
2	Flujo ...		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión ...		SI
5	Activación de ...		SI
	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					OBSERVACIONES
20085	63	94.3	SI	SI	SI ES SI SI	SI	SI	SI	SI	