OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	16-02-24	Remisión a			Javier Arudelo	No. Orden	

Codigo Equipo	NN- 721B	Fecha Inicio				Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO			CANTIDAD			REPUESTO CAMBIADO	
			Remache por ybelcro	1		Si		No
			Filtro central desgaste	1		Si		No
			Filtro lacteral desgaste	1		Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	23991	6.5	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO					

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Filtros		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT		CANT
	Filtro de aire intcano	1		
	Kit - M - Tamizes	1		
	Kit Tanque oxigeno	1		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		SI
2			SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tubería de flujo		SI
5	Activación de sensor de aire		SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	23994	6.3	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	