OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	16-02-24			JONIER ADUVELO	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-2228B					

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA — SI / NO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION		REPUESTO CAMBIADO
		REMACHE POP		Si / No
		PROCTETOR DISPLAY DESGASTE 7		Si / No
				Si / No
				Si / No
				Si / No
				Si / No
				Si / No

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					COD. DE BARRAS	RUEDAS
	(Hrs)	(6-7 PSI)									
11203	6·6	89	SI	SI	SI	ES	SI	SI SI	SI	SI	SI

1. CICLADO

2. RUIDO EXTRAÑO — SI / NO — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas / Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA X 89

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pre...		SI
2	Prueba de Purez...		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4	Conexión electronica		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1	TAMIZES	2
	Kit- m TAMIZES	1		
	Kit TANQUE OXIGENO	1		

No.	Prueba / Actuación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)		SI
2	Flujo ...		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión ...		SI
5	Activación de ...		SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					COD. DE BARRAS	
	(Hrs)	(6-7 PSI)									
11207	6·6	95·2	SI	SI	SI	ES	SI	SI SI	SI	SI	SI