OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: GAD-MAN-FR-009
		Version: 2 — Fecha Actualizacion: 17/10/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	17-02-24	Remisión #		Técnico Mantenimiento	Jovier Asuncio	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4841 B	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ÚLTIMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO			REPUESTO CAMBIADO			
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (82%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Flujo (Si-No)	Fuga a 1' (Si-No)			BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE	MARCA	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
19564.6	6	84	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba

2. RUIDO EXTRAÑO — Si / No — 3. ESTADO DE ... — Bueno / Malo — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN — Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL, PUREZA ≥ 84

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES — CONTROL DE TEMPERATURA — Funcionamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado PM S.E.		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4	Conexión electrónica		SI
5	Prueba de alarma		SI
	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit - M TAMIZES	1		TAMIZES	2
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)		SI
2	Flujo Mínimo		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tanque de flujo		SI
5	Activación de sensor ...		SI
	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

Fin Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (82%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Flujo (Si-No)	Fuga a 1' (Si-No)				CODIGO DE BARRAS: BASE	MARCA	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
19569	6.5	95.5	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	