OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

No. Orden

Fecha Remisión	17-02-24		Jonier Arjucio
Código Equipo	NN-2198 B	Fecha	Fecha Fi

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO			
			Remache por velcro	7		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN			PRUEBAS DE ALARMA						DESGINO DE BARRAS	FUGAS	OBSERVACIONES
21608	6695.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO		Tiempo de la prueba			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	ESTADO DE	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Limpieza general				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Filtro	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
7	Otros:	
	Otros:	

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit m tamices	1
	Kit tanque oxígeno	1

No.	Prueba / Simulación	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	SI
	Flujo	SI
3	Desconexión eléctrica	SI
	Desconexión tarjeta de flujo	SI
	Desconexión tarjeta de flujo	SI
6	Activación en válvula de alivio	
	Otros:	
	Otros:	
	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN			PRUEBAS DE ALARMA								OBSERVACIONES
21611	6494.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		