

Fecha Recepción: **21-02-24** Asesor Mantenimiento: **JANIERA ROQUELO** No. Orden: _____

Identificación del Equipo: Código Equipo: **7FSAB202002000027** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALEA	LIBRO CLARIFICADO				
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

ESTADOS ADICIONALES A DARSE POR FACILITAR: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a B"				BASE	WALVA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	7738066	95.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____ Genera Alarma: No. Caudal: _____

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No. 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo.

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: _____ 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento.

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo e fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Fuga a B (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
1	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea plomada	SI
4	Activación de alarma de agua	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otro:		
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a B"				BASE	WALVA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	1738369	95.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FRMA MANTENIMIENTO:	