

Fecha Remisión: **22-02-24** Remisión a: **JONICA ADDELO** Auxiliar Mantenimiento No. Orden:

Código Equipo: **NN-1265B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

PLACA	TIPO	CLASE OMS	CONTAMINADO	RENOVIADO	EXPLORADO CONTAMINADO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

DETALLES ADICIONALES DADO POR FACILITE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MINA (SI-NO)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	2084366946	510	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	Si	Qual?							
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANILERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mal				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota a fuente	51
6	Ok		
7	Ok		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit M-TAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LR - ES)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LR-ES)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea óptica	51
5	Activación de alarma de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	51
6	Ok		
7	Ok		
8	Ok		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MINA (SI-NO)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	2084465942	51	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO