



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SI-MAN-FR-009
Versión	2
Fecha Actualización	17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Recepción: 22-02-24      Remisión #      Auxiliar Mantenimiento: JONIER ARJUELO      No. Orden

Código Equipo: NN-978      Fecha Inicio      Hora Inicio Labor      Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA      SI      NO      FECHA INICIO AISLAMIENTO      FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DINO	OCURRIÓ	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. RECURSOS	SI	NO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a 0"	MUELAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS						RUEDAS
					(SI-NO)	Pila (SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
16918	6.6	9.56	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Gener. Alarma			No										
3. RUÍDO EXTRAÑO					3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas										
4. SISTEMA DE REFRIGERACION																		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES											7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6			
7			

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
Kit	M-TAMIZES	7			
Kit	TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 Corte Neumático	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - ES)	
2	Pila Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S1-L0-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión lapete de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Disturbar manguera de salida de aire de compresor	
6			
7			
8			

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a 0"	MUELAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS						RUEDAS
					(SI-NO)	Pila (SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
16919	95.0	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
FIRMA MANTENIMIENTO																		