

Fecha Remoción: **29-02-24** Remoción # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONICA OSWALO** No. Orden: _____

Identificación del Equipo: Código Equipo: **WV 15 B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	SI	NO			
SI					
SI					
SI					
SI					
SI					
SI					
SI					

DETALLES ADICIONALES PARA PACIENTE: **LIMPIEZA LOCAL**

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L-ES)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	1754266	95.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				General Alarma	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Cual?	
2. RUPOD EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	REGULADOR de PRECION del O2														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila B.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión torca de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire del concentrador	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L-ES)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	17546	66	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: _____