



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-MMI-FR-009
Version: 3 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 03-01-2011 Revisión #:
Auxiliar Mantenimiento: JONER AGUDELO
No. Orden:

Codigo Equipo: UN-4665B Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PROTECTOR DISPLAY DEGRASTE 7					

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			BUZILLAS	FILTROS	BASE	RUEDAS					
					SI/NO	PLA	"Flujo a S"				SI/NO				SI/NO	SI/NO
	1192466	832	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	SI	Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PURETA 783																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena																
Con Sobrecalentamiento																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CAPACITOR 7F-5-45V	1		JUNTA HERMETICA AVILLOS	2
	TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre líquido)	Se verifica activación de alarma (LI - LO - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión manual de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de sensor de nivel	Operar mangueira de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			BUZILLAS	FILTROS	BASE	RUEDAS					
					SI/NO	PLA	"Flujo a S"				SI/NO				SI/NO	SI/NO
	1192665	95-3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO		