



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codigo: SAC-AMM-FR-003
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2010
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: 4-01-24 Revisión a: Auxiliar Mantenimiento: **JOLIPA AGUDELO** No. Orden:
 Código Equipo: **NN-4993** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORJENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES									
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	RUEDAS	FILTROS	BASE												
IPM	IP-1	IP-2	IP-3	IP-4	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO										
10794	65	89	3	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI										
1. CICLADO					Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		Si		Cual?									
3. RUIDO EXTRAÑO					SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS				Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					PULPETA X 89																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA					Buena		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suprateto)	Se verifica activación de alarmas (LI - LI - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica extinción de alarma visual y sonido (LED Rojo o LED amarillo) (LI-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactiva línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo en sitio	Operar manguera de salida del aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORJENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	RUEDAS	FILTROS	BASE			
IPM	IP-1	IP-2	IP-3	IP-4	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	
10796	64	95	2	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	

FIN DE MANTENIMIENTO