OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	9-01-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JOMER AYUDEIO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3493B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

TOMA TEMPERATURA OPERADOR DE SERVICIO

ALTA	MEDIA	BAJA	OBSERVACION	CANTIDAD	PERSONA			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR FACIENTE

LISTA DE CHEQUEO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V DC)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 V DC)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (5V DC)	FILTROS (5V DC)	BASE (5V DC)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V DC)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (5V DC)	RUEDAS (5V DC)	OBSERVACIONES
10/12	65	85	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 7. 85				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	4			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta freq eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire no comprobar	SI
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V DC)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 V DC)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (5V DC)	FILTROS (5V DC)	BASE (5V DC)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V DC)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (5V DC)	RUEDAS (5V DC)	OBSERVACIONES
16/1/24	6.6	952	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO