OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha: 12-01-24

Javier Agudo

NN- 30643

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

ZONA DEL AISLAMIENTO

32453 6693.7 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

FUGAS de VALVULAS de SICIOS

Kit MOTAMIZES	1	SWICH de encendido	1
Kit TANQUE OXIGENO	1	EMPAQUE JUNTA de CULATA	2
JUNTA HEMETICA ANILLOS	2		

32454 6393.8 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI