ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 12-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JAVIER ASDRUBAL | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7FSAD2019020278 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ESTADO Y CONDICIONES DEL EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO DAÑADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLE ADICIONAL DE DAÑOS POR PACIENTE:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PSI (SI / No)	"Flujo a 0" (LS-ES)	RUIDILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	20204	63	930	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genera Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila S.S.V	Verifica carga de la pila	SI
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
	Otros		
	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LV. Trips a LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
	Desconexión toma de flujo	Desconecte línea oxigeno	SI
	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida, se debe escuchar	SI
	Otros		
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / No)	PSI (SI / No)	"Flujo a 0" (LS-ES)	RUIDILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	20207	64	93	0 SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: