ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAD-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	12-01-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER AYUNCIO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2355B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOVEDAD / OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	GRAVE	CLASE GANG	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPUESTO	REPUESTO	CANTIDAD
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	

DETALLE Y ADICIONALES / OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Voltios)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (0-Voltios)	PRUEBAS DE ALARMA: Fuga 0.5" (0-Voltios)	BOLILLAS (0-No)	FILTROS (0-No)	BASE (0-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	(H:M)	(5-7 PSI)	(95% - 98%)	(SI-No)				(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)				
	11594	6.6	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. DELAGE	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	LIMPIEZA GENERAL												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Rueda			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Evalet Pin 5.5. V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se realiza sonido de alta, baja y fuerte	SI
6	Otro		
7	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SWITCH de ENCENDIDO	1			
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplementario)	Se verifica activación de alarmas (LA - LB - EB)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarmas (LA - LB - EB) y LED amarillo y (LL-LB-EB)	SI
3	Cortocircuito eléctrico	Se realiza cortocircuito	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Se desconecta flujo electrico	SI
5	Activación de válvula de alivio	Se activa válvula de alivio de seguridad	SI
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Fila	PRUEBAS DE ALARMA: Fuga	BOLILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(H:M)	(5-7 PSI)	(95% - 98%)	(SI-No)										
	11597	63	949	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO	