OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión	15-01-24		JONIER ASUDCIO	No. Orden	
Código Equipo	NW- 937 B	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASIF.				Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN			PRUEBAS DE ALARMA						CAMBIO DE CAMBIOS			OBSERVACIONES
25730	66	954	S'	S'	S'	ES	S'	S'	S	S'	S'	S'		

1. CICLADO

2. RUIDO EXTRAÑO — ESTADO DE MANGUERAS — SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno / Malo

3. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUSA EN MANGERA SUETA A TUBO DE AIRE

4. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			SI
2	Prueba de Ruido		SI
3			SI
4			SI
5			SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CANT
	Kit M- TAMICES	1	
	Kit TANQUE OXIGENO	1	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1			SI
2			SI
3			SI
4			SI
5			SI
6			
7	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN			PRUEBAS DE ALARMA							
25735	65	948	S'	S'	S'	ES	S'	S'	SI	SI	S'	SI