ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

Codigo Equipo: NN- 2553 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

			REMACHE POP		7		SI		NO		
							SI		NO		
							SI		NO		
							SI		NO		
							SI		NO		
							SI		NO		
							SI		NO		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pita (5l/Min)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/Min)	MANIJA (5l/Min)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	19478	6.5	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pita S.S. V	Verifica voltaje de la pita	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es aputo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M- TAMIZES	7			
	Kit TANQUE OXIGENO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Clarke flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
4	Activación de valvula de alivio	Observar mangueras de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

Cx Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pita (5l/Min)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/Min)	MANIJA (5l/Min)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	19446	6.4	92.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: