



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-MAN-FR-008
Versión 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 22-01-24 Remisión a: Acubar Manteneriario **Jovica Arudejo** No. Orden: _____

Carga Equipo: **NN-4300 B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	SEÑALIZ	PISTON	BAJE	BASE	MANGA	RENOV				
(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
15836	6	95	1	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. OCULADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Malo		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
TARJETA FIJO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión laje de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obtener manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	SEÑALIZ	PISTON	BAJE	BASE	MANGA	RENOV		
(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)
15836	K4	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO