



### ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: OAD-MAN-FR-009  
 Versión: 1 Fecha Actualización: 17/10/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: **22-01-24** Remisión a: **JONIER A. DUBOICO**  
 Auditor Mantenimiento: **JONIER A. DUBOICO** No. Orden:

Código Equipo: **NN-1567B** Fecha Inicio:  Hora Inicio Labor:  Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

Sin Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	SEÑALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS				
	1899	66	89	51	51	51	ES										
1. CICLADO					Tiempo de la prueba			Comand. Alarma		No		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO					Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS					FUGA EN VALVULAS de siglos PUREZA 89												
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.3 V	Verifica voltaje de la pila	
4	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tuerto	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Kit M- TAMIZES	7		TAMIZES	2
	Kit TAMBUCE OXIGENO	7			
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cama totalmente)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - EE)	
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-EE))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión ajuste de flejo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Sin Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	SEÑALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS				
	1840	66	952	51	51	51	ES	51	51	8	51	51	51				