



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codigo: 5AD-MAN-FR-008
 Versión 2 Fecha Actualización: 17/03/2015
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 22-01-24 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **TONICER DOMINGO** No. Orden:

Codigo Equipo: **WV-1497B** Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES				
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(1)-(2)	(3)-(4)	(5)-(6)	(7)-(8)	(9)-(10)	(11)-(12)	(13)-(14)	(15)-(16)	(17)-(18)	(19)-(20)	(21)	(22)			
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No		Si		Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PURETA X-88																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES						7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del Daño/Defecto Identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
SUWCH	Je encendido	1	TAMIZES		2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES				
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(1)-(2)	(3)-(4)	(5)-(6)	(7)-(8)	(9)-(10)	(11)-(12)	(13)-(14)	(15)-(16)	(17)-(18)	(19)-(20)	(21)	(22)			
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1707364954		FIRMA MANTENIMIENTO																	