



### ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: SAC-AMM-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: **22-01-24** Revisión: #  
Auxiliar Mantenimiento: **JONIER A. RUIZ** No. Orden: #

Código Equipo: **NN-3477B** Fecha Inicio: # Hora Inicio Labor: # Fecha Fin: #

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									OBSERVACIONES	
					Desconexión			BARRAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					SI-NO	SI-NO	"Fija a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
13720	6.6	95.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA CONCRETA													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		FUGA EN MANGERA ATUVO REPARACION													
		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobreventamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									OBSERVACIONES	
					Desconexión			BARRAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					SI-NO	SI-NO	"Fija a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
13722	6.4	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
FIN DE MANTENIMIENTO															