

Fecha Remisión: **22-01-24** Remisión a: **JONIER AGUIRRE** Auxiliar Mantenimiento No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NN-2001B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									RUELAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS	FILTROS	BASE			CÓDIGO DE BARRAS		
					(SI-NO)	Flujo (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)
	20852	6.6	95.6	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51					

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: \_\_\_\_\_ Generó Alarma: No  Si  Cae?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI  No  3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno  Malas  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **LIMPIEZA GENERAL**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: \_\_\_\_\_ 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno  Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado fuerte	51
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L0 - ES)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L0-ES)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	51
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									RUELAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS	FILTROS	BASE			CÓDIGO DE BARRAS		
					(SI-NO)	Flujo (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)
	20856	3.95	4	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	PRIMA MANTENIMIENTO			