



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-ASIS-PA-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 22-01-24 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JONIER BORDO No. Orden:

Código Equipo: NN-631B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	IDROMETRO	PRESION	ORDENADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Fuga	"Flujo a 0"	BUZILLAS	FILTROS	BASE	BASE	BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
30448	65	89	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Gener. Alarma		No	SI	Cual?			4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas				Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PURRZA 7.89 LIMPIEZA GENERAL														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clave fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - ES)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo) (L1-L0-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Operación línea alarma	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida del aire de compresión	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	IDROMETRO	PRESION	ORDENADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Fuga	"Flujo a 0"	BUZILLAS	FILTROS	BASE	BASE	BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
30451	66	954	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FORMA MANTENIMIENTO	