



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-2004-FS-009
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/03/2015
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 20-01-24 Revisión: Auxiliar Mantenimiento: Jovica Bujelo No. Orden:

Código Equipo: NN-4419B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO	
							EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
FILTRO LACTEAL			FAL		2	SI	No
FILTRO CENTRAL					7	SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			"Flujo a F"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)
1389165	95.0	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Demand Alarma		SI											
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas											
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPICZA GENERAL															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama flojivada)	Se verifica activación de alarmas (S1 - LD - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	SI
1	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire no compresor	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a F"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)			
1389664948	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO	