ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 23-01-24 | Remisión a: | Auxiliar Mantenimiento: Javier Agudelo | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-3113 13 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CLASE	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD			
				SI		No	
				SI		No	
				SI		No	
				SI		No	
				SI		No	
				SI		No	
				SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LL/LD/ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/Min)	MANGA (5l/Min)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	11916	6.6	84.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA % 84.8

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit-M-TAMIZES.	1		FILTRO DE AIRE INTERNO	1
	Kit TANQUE OXIGENO	1		JUNTA HERMETICA ANILLO.S TAMIZES	2 2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Darle flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire se comprime	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	"Flujo a 0" (LL/LD/ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/Min)	MANGA (5l/Min)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	11919	6.5	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: