



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión 27-01-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento Jovier Arcevo No. Orden

Código Equipo NN-1325B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes handwritten entries: FILTRO CENTRA FAL, ACOPIE ROSCA TUBO A HUMIFICADOR 7.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Fuga, Fuga a C), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 0025 6.6 94.6 S1 S1 S1 ES S1 S1 S1 S1 S1 S1.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Descripción del diagnóstico manifestado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: FILTRO de AIRE interno 7, KIT - A TAMIZES 7, KIT TANQUE OXIGENO 7, TARJETA FLUJO.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo = 0 (Cama flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de rojo, Activación de válvula de aire.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 0028 65 936 S1 S1 S1 ES S1 S1 S1 S1 S1 S1.

FIRMA MANTENIMIENTO