



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-AMM-F9-008
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/12/2016
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-01-24 Remisión a:
 Auxiliar Mantenimiento: JONIER A. DUKLO
 No. Orden:
 Código Equipo: 7FSE2018110000134 fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	REJILLA CENTRAL DESGASTE			7	SI
	REJILLA LACTEAL DESGASTE			7	SI
	ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR			7	SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEBAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				
					(SI-NO)	PIA (SI-NO)	(SI-NO)					BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	(SI-NO)		
	8527965	952	51	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	4 SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4 SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LAMPARA GENERAL														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Supinético)	Se verifica activación de alarmas (SL - LD - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (SL-LD-ES)	SI
3	Desconexión atómica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEBAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				
					(SI-NO)	PIA (SI-NO)	(SI-NO)					BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	(SI-NO)		
	5281	65951	51	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO