



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: OAD-MAN-FR-009  
 Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
 Página 1 de 3

Fecha Remisión: 29-01-24 Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **Jonire Aguado** No. Orden: \_\_\_\_\_  
 Código Equipo: **7FSA B2019020297** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
			SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				RUBROS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)		
	2959	65	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	SI	CUMPL?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	CABLE DE PODER	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar flujo/aberto)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lejana de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				RUBROS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)		
	2961	64	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO: _____																