



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: SAC-MAN-PR-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 19-01-24 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento JADIER AGUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN 1531 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FILTROS	MACE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 5"				BAR	MARCA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	1121466	702	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Garant. Alarma		No	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS de SICIOS PUREZA 70-2												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	KIT AN TAM-225	7		TAM-225	2
	KIT TANQUE OXIGENO	7			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
-	Fuga = 0 (Cierre Fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - E2)	
1	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LBT amarillo) (LL-L2-E2)	
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
3	Desconexión lógica de flujo	Desconecta línea electrónica	
4	Activación de vibración de alarma	Operar manguera de succion de aire de compresor	
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALAS	FILTROS	MACE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 5"				BAR	MARCA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	11216	64952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO