



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO, GAD-MAN-FR-009, Fecha Actualización: 17/10/2019, Página 1 de 2

Fecha Remisión 13-07-24, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento JONIER ARODELIO, No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO, Código Equipo NW 14 80B, Fecha Inicio 13-07-24, Hora Inicio Labor 9:20, Fecha Fin 13-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE, Limpieza GENERAL

Main maintenance checklist with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'OK' and 'X' marks.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

Final maintenance checklist with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten 'OK' and 'X' marks.