



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 22-07-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONICK AGUIRRE No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-4032 B Fecha Inicio: 22-07-24 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 22-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: FILTRO CENTRAL, 7.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 0126, 6.7, 94.6, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V (Resultado: SI), 2. Prueba de Fugas (Resultado: SI), 3. Conexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Conexión electrónica (Resultado: SI), 5. Prueba de alarma (Resultado: SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: REGULADO DE PRECION 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: 1. Flujo = 0 (Resultado: SI), 2. Flujo Maximo (Resultado: SI), 3. Desconexión eléctrica (Resultado: SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (Resultado: SI), 5. Activación de válvula de alivio (Resultado: SI).

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 0127, 6.7, 94.6, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.