



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 23-07-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento Javier Ayudelo No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo NN-12213 Fecha Inicio 23-07-24 Hora Inicio Labor 2:00 Fecha Fin 23-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes 'SI' and 'NO' checkboxes for each row.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
Limpieza GENERAL

Mantenimiento En table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 28266, 6.6, 95.1, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

1. CICLADO OK Tiempo de la prueba Generó Alarma No X Si Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: SWCH de enserdido 7.

Mantenimiento En table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 28267, 6.5, 95.8, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.