



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 22-07-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: Jonier Ayuleo No. Orden []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MV-2894B Fecha Inicio: 22-07-24 Hora Inicio Labor: 10:30 Fecha Fin: 24.07.24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: F, FILTRO LATERALES, 2, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and OK status.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc., with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row 1: FILTRO de Aire Interno, 7, Kit TANQUE OXIGENO, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', etc., with results 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and signature line.