



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO 7

Código GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 13-06-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JOMIER OJUEIRO No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO Codigo Equipo NN-1790 B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUES TO CAMBIADO. Includes 'SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO' label.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE Limpieza General

Maintenance check section with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Regulador de Presion MALO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', etc.

Form for 'Descripción del diagnóstico identificado'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry 'REGULADOR de Presion 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

Maintenance check section (repeated) with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Regulador de Presion MALO'.