



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14-06-24
Remisión #
Auxiliar Mantenimiento: Jovier Agudelo
No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MN-3926B
Fecha Inicio
Hora Inicio Labor
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO
FECHA INICIO AISLAMIENTO
FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REUESTO CARGADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE
Limpieza General

En Mantenimiento
HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.
1. CICLADO OK
2. RUIDO EXTRAÑO Si
3. ESTADO DE MANGUERAS Buenos
4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK
5. DAÑOS IDENTIFICADOS AJUSTE REGULADOR de PRECION
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK
7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

En Mantenimiento
HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.
0513 65945 Si Si Si ES Si Si Si Si Si Si