OxyPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-005 |
| Version: 2 | Fecha Actualizacion: 17/10/2019 |
| Página 1 de 2 | |

Fecha Remisión: 17-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER DAJUDIO | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NI- 4401 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | EL REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | O- PROCTCTOR DISPLAY | 1 | | SI / NO |
| | | | F ACOPLE ROSCA ATUBO HUNIFICADOR | 1 | | SI / NO |
| | | | | | | SI / NO |
| | | | | | | SI / NO |
| | | | | | | SI / NO |
| | | | | | | SI / NO |

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI - No) | FILTROS (SI - No) | BASE (SI - No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16155 | | | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

OBSERVACIONES

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 2.00 | Generó Alarma: No X | Si | Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONDICIONES DE TUBERIAS EL...: OK | Cto. Gestión Mantenimiento: OK

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica la conexión externa del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | KIT TANQUE OXIGENO | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarma (LO-ES) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desplaz... | SI |
| 5 | Activación de valvula de alivio | Cierre manguera de ... | SI |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16576 | 6 | 95 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO