OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código: GAD-MANTENIMIENTO | Versión: 2 | Fecha Actualización: 10/11/2021 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN- 37293 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No

DETALLE ACCIÓN REALIZADA POR TÉCNICO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REMELLAS (SI-No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	126645	93.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

OBSERVACIONES

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 2:00 | Genera Alarma: No | Si: X | Cual? LLO

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas: X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno: OK | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA MANGERA SUELTA A TUBO REFRIGERACION AJUSTE

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5. V	Medir voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica la conexión del sistema del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es alguno el fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TANQUE OXIGENO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo fijo, LED amarillo y LLAMO-ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED rojo, LED amarillo y LLAMO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Activación alarma sonora	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de gas	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REMELLAS (SI-No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
	126665923			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO