OXYPro Internacional

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | CODIGO: GAD-MAN-FR-005 | Versión: 2 | Fecha Actualización: 7/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-06-24 | Remisión #: | Actividad Mantenimiento: Jonica DOUBLE | No. Orden:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3012 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CAMBIO	REPARA	ENTREGA	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 98%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PERILLAS (SI-No)	PLATINOS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
232846-5		5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 1:00 | Cada: Alterna | Si: | No: X | Cual: LO

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno OK Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR DE PRECION MALO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | ALMACENAMIENTO DE TEMPERATURA: Buena OK | Cal. Sinterizado: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	SI
2	Prueba V. Bobin	Se verifica [illegible]	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	REGULADOR DE PRECIÓN	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo encendido)	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir [illegible]	SI
6	Otros		
7	Otros		

OBSERVACIONES

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PERILLAS (SI-No)	PLATINOS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
232865-4	95	4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI