



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
LA-001-FR-1.0  
Versión 2  
Fecha Actualización: 11/02/19  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-06-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: JONIER ASUJOLO No. Orden: [ ]

Identificación del Equipo: Código Equipo: MW-1609 B Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

Equipo contaminado por posible plaga: SI [ ] NO [ ] Fecha Inicio Aislamiento: [ ] Fecha Fin Aislamiento: [ ]

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, REPARACIÓN, ESTADO FINAL. Includes a vertical label 'MANTENIMIENTO - SERVICIO DE SERVICIOS' on the left.

DETALLES ADICIONALES DEL EQUIPO: Limpieza GENERAL

Main maintenance checklist with sections: En Mantenimiento (MANOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (DESCONECCION, PILA, FLUJO a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten entries like '1401166 96.1 S', '3.00', 'RESULADOR de PRECISION MALO', 'OK', 'OK'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Fila S.E.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión hidráulica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'REGULADOR de PRECISION 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo a 0 (Cierre flujometro)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión rápida de flujo', 'Activación de válvula de alarma'.

Bottom section of the form with columns: MANOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten entries: '1401465 95.9 S', 'ES S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S', 'S'.