



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-008
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 18-06-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER MENDOZA No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MW2942B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, HA REPORTADO, PRUEBAS CAMBIADO. Includes rows for various failure types and repair status.

DETALLES ADICIONALES Y DATOS POR PACIENTE
Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (181366.6), oxygen (96.0), and flow (SI).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with results marked as 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'REGULADOR de PRECION 7'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc., with results marked as 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (181376.5) and oxygen (95.8).