OxyPro — ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: GA-MAN-FR-009 | Versión: 2 | Fecha Actualización: 27/01/2018 | Página 1 de 2

Fecha Remisión	19-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	ND M2107192G9	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTA	REQUIERE CAMBIO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLE DE LA INTERVENCION REALIZADA AL PACIENTE

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No.)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
0134	8.8	94.3		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	2:00	Sonar Alarma	NO	Si	Cual
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Rajadas	X	Mallas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	OK	Mal	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	OK	Sobrecalentamiento	OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verificar estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica correcto funcionamiento del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma del equipo	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se varifica activación de alarma visual y sonora "SE APAGA" y "FLUJO ALTO"	SI
3	Desconexion electrica	Activación alarma visual	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconexión tarjeta flujo	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de oxigeno	SI
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No.)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
0136	8.7			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO