



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MANT-FR-028
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 20.06.24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JUNIOR PONDICHO No. Orden: []

Codigo Equipo: NN-1134B Fecha Inicio [] Fecha Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTA, POSIBLE CAUSAL. Rows include: F- HCOPIR ROSCA ATUBO Y UNIFICACION (7), F- FILTRO CENTRAL (7), D- FILTRO LATERAL (7).

DETALLES ADICIONALES Y RECOMENDACIONES POR PACIENTE: Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 2206266936 and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (SI), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado: []

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: KIT TANQUE OXIGENO 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre flujómetro), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 2206565956.