



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 20-06-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JAVIER AGUIRRELO No. Orden:

Código Equipo: NW-4336 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, NO. REPORTES, REPUESTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'SISTEMA REPORTADO O OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DEL PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Main maintenance checklist with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'AJUSTE RESULTADOR DE PRECISION PUREZA 2A B Y'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry 'TANQUES 2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujómetro)', 'Flujo Máximo', etc.

Bottom maintenance checklist with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten entry '13605 65959 S'.